

概览

prisma SMART

2024/12/22 - 2024/12/28

患者

2024/12/29 (0)

性别：未知

患者 ID：

电话：

电子邮件：

地址：

设备

prisma SMART

2024/12/22 - 2024/12/28

SN

FW 2.3.0012

模式：APAP

APAP：标准

softSTART 最大值：5 分

最大值：15 hPa

softPAP：2

softSTART：5 分

最小值：5.5 hPa

softPAP 锁定：关

softStart 压力：5.5 hPa

Ø 使用 7:41 小时

治疗时长 53:47 小时

符合性



使用时间分布 [% 天]

- ≥ 5 小时
- ≥ 4 小时
- ≥ 3 小时
- < 3 小时

天	%	Ø 使用
选择	7 100 %	7:41 小时
已用	7 100 %	7:41 小时
≥ 4 小时	7 100 %	7:41 小时

AHI 1 /时

周期性呼吸持续时间 0:00 小时

治疗




AHI 分布 [% 天]

- < 5/小时
- < 10/小时
- < 15/小时
- ≥ 15/小时

oAI	0 /时
oHI	1 /时
cAI	0 /时
cHI	1 /时
AHI (包括 cH)	2 /时
打鼾	1:23 小时

P50	10 hPa
P90	12.5 hPa
RERA 指数	1 /时
深层睡眠持续时间	0:28 小时
深层睡眠比例 (%)	5 %

意外漏气



漏气分布 [% 天]

- 无
- 轻微
- 清晰
- 较强

大量漏气部分	3 %
漏气 (中值)	7.5 l/min
第 95 个百分点	45 l/min

已扩展的统计

prisma SMART

2024/12/22 - 2024/12/28

符合性

	天	百分比	∅ 使用	持续时间
全部导入	9	--	8:02 小时	72:17 小时
选择	7	100 %	7:41 小时	53:47 小时
已用	7	100 %	7:41 小时	53:47 小时
≥ 4 小时	7	100 %	7:41 小时	53:47 小时

附加功能使用

	天	% (天)	% (持续时间)	∅ 使用	持续时间
使用加湿器	0	0 %	0 %	0:00 小时	0:00 小时

AHI 平均值

	总计	阻塞性	中枢性
AHI	1 /时	1 /时	0 /时
AI	0 /时	0 /时	0 /时
HI	2 /时	1 /时	1 /时
AHI (包括 cH)	2 /时	1 /时	1 /时

AHI 中值

	总计	阻塞性	中枢性
AHI	1 /时	1 /时	0 /时
AI	0 /时	0 /时	0 /时
HI	2 /时	1 /时	1 /时
AHI (包括 cH)	2 /时	1 /时	1 /时

AHI 第 95 个百分点

	总计	阻塞性	中枢性
AHI	2 /时	2 /时	0 /时
AI	1 /时	1 /时	0 /时
HI	3 /时	1 /时	2 /时
AHI (包括 cH)	4 /时	2 /时	2 /时

已扩展的统计

prisma SMART

2024/12/22 - 2024/12/28

已扩展的 SDB 评估

	平均值	中值	第 95 个百分点
周期性呼吸持续时间	0:00 小时	0:00 小时	0:00 小时
周期性呼吸部分	0 %	0 %	0 %
打鼾持续时间	1:23 小时	1:32 小时	1:46 小时
打鼾部分	18 %	17 %	23 %
RERA 指数	1 /时	1 /时	2 /时
气流受限持续时间	0:01 小时	0:02 小时	0:04 小时
气流受限部分	0 %	0 %	1 %






意外漏气

	中值	第 95 个百分点
漏气	7.5 l/min	45 l/min
大量漏气持续时间	0:15 小时	0:36 小时
大量漏气部分	2 %	10 %


压力

	最小值	最大值	中值	P 85	P 90	P 95
压力	5.5 hPa	15 hPa	10 hPa	12 hPa	12.5 hPa	13 hPa


2024/12/22
-
2024/12/28




使用时间分布 [% 天]



AHI 分布 [% 天]



漏气分布 [% 天]



符合性

持续时间	53:47 小时
------	----------

压力 [hPa]

	中值	P 90	P 95
C/APAP	10	12.5	13

治疗质量

AHI	1 /时
oAI	0 /时
oHI	1 /时
cAI	0 /时
cHI	1 /时
AHI (包括 cH)	2 /时
周期性呼吸持续时间	0:00 小时
打鼾	1:23 小时
RERA 指数	1 /时
深层睡眠持续时间	0:28 小时
深层睡眠比例 (%)	5 %

意外漏气

漏气 (中值)	7.5 l/min
第 95 个百分点	45 l/min
大量漏气部分	3 %

